

Re: ESCLARECIMENTO PE 16/2025 - LICITANET - MICROSCÓPIO

1 mensagem

FMS Itabaiana/SE <licitacao.saude@itabaiana.se.gov.br>
Para: Adriana Silva <adriana@weblabor.com.br>

5 de dezembro de 2025 às 08:34

Bom dia!

Houve um erro na exportação do processo licitatório do sistema de gestão para o Licitanet, o que resultou na descrição incorreta do item. A descrição correta do microscópio é a seguinte:

“Microscópio, Tipo de Análise: Ótico, Vertical, Tipo: Binocular, Aumento: Ocular até 15x, Componentes: Digital, Automático; Outros Componentes: Focalização Coaxial, Compatível com Fluorescência; Adicional: Inclinação até 30°.”

Será publicada uma errata no Diário Oficial do Município e disponibilizada também no site do Município, no Licitanet e no PNCP. Como o prazo entre a publicação da errata e a data de abertura do certame permanece dentro do limite mínimo estabelecido no art. 55, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021, os prazos iniciais já divulgados serão mantidos.

Agradecemos imensamente pelo questionamento!

Setor de Licitações | Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana
lic.saude.ita@gmail.com | licitacao.saude@itabaiana.se.gov.br | 79 34319712

Prefeitura Municipal de Itabaiana | Estado de Sergipe
[Av. Vereador Olímpio Grande, nº. 133](http://Av.VereadorOlimpioGrande,nº.133) | Bairro Porto | Cep 49.510-200
www.itabaiana.se.gov.br

Em 05/12/2025 08:17, Adriana Silva escreveu:

Ótimo dia!

Poderia fornecer a descrição detalhada do microscópio?

Uma vez, que apenas com esta descrição sucinta podemos ofertar um equipamento de forma incorreta.

117	12559	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROSCOPIO BINOCULAR	UND	4	R\$
-----	-------	-----------------------	-----------------------	-----	---	-----------

Ficamos no aguardo, desde já agradeço.

Atenciosamente,



Adriana Silva

Analista de Licitação

Tel: (11) 4722-4184

E-mail: adriana@weblabor.com.br