



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ITABAIANA/SE

Pedidos de Esclarecimento

Nº 015 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 18



05/12/2024 23:56 - Solicitante: 09.224.765/0001-80 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido - Venho por meio deste respeitosamente pedir esclarecimentos para saber se o processo de esterilização os instrumentais são liberados para sua utilização através da fita adesiva descrita no item 85 ou através do indicador biológico e integrador químico

06/12/2024 10:03

Resposta - A Secretaria de Saúde esclarece que a liberação do uso dos instrumentais esterilizados segue as boas práticas de esterilização conforme normativas técnicas aplicáveis, como as recomendadas pela ANVISA e outras autoridades competentes. Especificamente, o processo de esterilização utiliza os métodos para liberação dos instrumentais: indicador biológico e integrador químico, conforme descrito na RDC 15/2012 da ANVISA, e demais legislações aplicáveis. Informamos que a fita adesiva para autoclave é utilizada exclusivamente como indicador externo, para identificar visualmente que o pacote passou pelo processo de esterilização. Contudo, não substitui os métodos supracitados e não é considerada suficiente para liberação do instrumental para uso. Permanecemos à disposição para outros esclarecimentos.